

SW-EP.081.15.2021.MM.3

Warszawa, dnia 26 października 2021 r.

ODPOWIEDZI na zapytania

Dotyczy: postępowania na „Dostawę aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc”; EP/42/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc”, numer sprawy EP/42/2021, prowadzonym na podstawie art. 6a ustawy z dnia 20.03.2020 r. o w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów treści zapytania ofertowego.

Zamawiający, odpowiada na zadane pytania.

Dotyczy pkt II.1 Czy Zamawiający dopuści aparat USG wyposażony w 4 koła skrętne, z możliwością blokowania każdego z nich na stałe (centralnym hamulcem), bez blokowania jazdy na wprost?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt II.22. Czy Zamawiający dopuści ofertę ultrasonografu z częstotliwością odświeżania obrazu 2D min. 1900 obrazów na sek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

Robert Mazur

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska