

SW-EP.081.10.2021.MM.1

Warszawa, dnia 4 października 2021 r.

O D P O W I E D Z I na zapytania

Dotyczy: postępowania na „Dostawę defibrylatorów z wyposażeniem 3 szt.”; EP/33/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę defibrylatorów z wyposażeniem 3 szt.”, numer sprawy EP/33/2021, prowadzonym na podstawie art. 6a ustawy z dnia 20.03.2020 r. o w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, odpowiada na zadane pytania.

Pyt. 1 (Dot. punktu II p 1) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko poprzez wejście w menu urządzenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2 (Dot. punktu II p 5) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, który przeszedł pozytywnie test ochrona przed opadem wody równoważna opadowi deszczu trwającemu do 10 minut o natężeniu 3-5 mm, klasy IPX1?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 (Dot. punktu II p 9) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czytelną sygnalizacją sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczną przy włączonym urządzeniu, bez sygnalizacji dźwiękowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie II p 9.

Pyt. 4 (Dot. punktu II p 12) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez mechanicznej blokady zabezpieczającej przypadkowe wypięcie przewodu zasilającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie II p. 12

Pyt. 5 (Dot. punktu II p 22) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem dostarczonej energii 1-300J? Parametr oferowany posiada znacznie szerszy zakres od przedstawionego w opisie parametrów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6 (Dot. punktu II p 25) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością defibrylacji w trybie synchronicznym (kardiowersja), z opóźnieniem impulsu względem załamka R nie większym niż 40 ms?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie II p 25.

Pyt. 7 (Dot. punktu II p 25) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości synchronizacji sygnału EKG z zewnętrznego kardiomonitora?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie II p 25,

Pyt. 8 (Dot. punktu II p 27/31) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych i elektrod jednorazowych, bez łyżek wewnętrznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie 27/31.

Pyt. 9 (Dot. punktu II p 41) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością zapisu danych w pamięci wewnętrznej typu SD?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie

Pyt. 10 (Dot. punktu IV p 45) Czy Zamawiający dopuści 3 naprawy „tego samego elementu/modułu” uprawniających do wymiany urządzenia na nowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, tym samy zapis punktu IV p 45 otrzymuje następujące brzmienie:

Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego elementu/modułu). W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik 2 do zapytania ofertowego.

Pyt. 11 (Dot. Umowa par.2 pkt.5.1) Czy Zamawiający zrezygnuje z DTR? - wszystkie dane zawarte są w instrukcji użytkownika oraz instrukcji serwisowej (wymaganej w tabelce, warunki gwarancji, pkt. 10)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w par. 2 pkt.5.1 projektu umowy.

Pyt. 12 (Dot. Umowa par.5 pkt.3.1) – Czy zamawiający dopuści przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta min. 1/rok. Czy wystarczy jeden na koniec gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w par. 5 pkt.3.1 projektu umowy.

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska

DYREKTOR
Robert Mazur