

**NOTATKA W SPRAWIE OFERT NA:
Zakup sterylizatora parowego wraz z osprzętem i instalacją
NUMER SPRAWY EP/28/2022**

1. W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 października 2021 r. (z późn. zm.) udzielonego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1485/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. z późn. zm., przeprowadzono procedurę wyłonienia ~~wykonawcy/dostawcy *, dostawy/roboty budowlanej/remontowej /usługi*~~ (określić przedmiot umowy) **sterylizatora parowego wraz z osprzętem i instalacją.**
2. W dniu **16/03/2022** zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej NUMER SPRAWY EP/28/2022 – Zapytanie ofertowe na “Zakup sterylizatora parowego wraz z osprzętem i instalacją”. – Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.
3. W terminie składania ofert, tj. do dnia **29/03/2022 roku**, wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres dostawcy	Cena jednostkowa netto (zł)	Łączna wartość brutto (zł)	Oferowane parametry oceniane:
1.	Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok.	380 839,08 zł.	428 308,71 zł.	Parametry techniczne: - Klimatyzator - 9 kW - Gwarancja: 48 m-cy - Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia/awarii w dniach – 5 dni
2.	Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki	349 000,00 zł	379 920,00 zł.	Parametry techniczne: - Klimatyzator - 9 kW - Gwarancja: 48 m-cy - Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia/awarii w dniach – 5 dni

4. Otrzymane oferty zostały sprawdzone pod względem spełnienia wymagań formalnych oraz wymagań w zakresie parametrów techniczno-funkcjonalnych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 - 4.1. Oferta Wykonawcy Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
 - 4.2. Oferta Wykonawcy Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki, podlega odrzuceniu, zgodnie z poniższym uzasadnieniem:

- 1) Zaoferowany model sterylizatora oznaczony jako P-6410H 2P MDM posiada zgodnie z oryginalną kartą produktową producenta komorę o pojemności 434 litrów, a postawiony przez Zamawiającego wymóg jasno określał pojemność jako min. 440 litrów. Obliczenie pojemności komory przyjmując wartość podaną przez oferta w pkt. 10 jednoznacznie wskazuje, iż wymiar 660x660x1000 to pojemność 435,6 litra, co nie spełnia postawionego wymogu w opisie przedmiotu zamówienia.
- 2) Zaoferowany model sterylizatora, zgodnie z oryginalną kartą produktową producenta nie posiada wodowskazu na panelu czołowym sterylizatora. Wymóg postawiony w pkt 25.

Ponadto, zgodnie z rozdziałem 12 pkt. d w celu potwierdzenia warunku spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żądał wraz z ofertą między innymi:

„Firmowych materiałów informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu. (...)”

Ponadto, zamawiający w specyfikacji żądał potwierdzenia niektórych parametrów dodatkowo za pomocą innych dokumentów tj. rysunków, oświadczeń lub wydruków. Dotyczy to następujących punktów tabeli:

- 1.1. Pkt. 14 Wykonawca winien dołączyć rysunek komory od producenta urządzenia;
 - 1.2. Pkt. 38 – brak oświadczenia producenta;
 - 1.3. Pkt. 40 – brak wydruku potwierdzającego spełnianie niniejszego parametru;
- 3) Wykonawca w złożonej ofercie jedynie potwierdził parametry w tabeli, jednakże nie dołączył żadnego z wymaganych dokumentów, które potwierdzałyby wymagania zamawiającego.

5. W związku z powyższym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w ogłoszeniu, tj.: **Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, za cenę: 428 308,71 zł brutto.**

Uzyskane punkty:

Cena – 60 pkt.

Parametry techniczne – 30 pkt.

Gwarancja -10 pkt.

Razem: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów w oparciu o kryteria oceny ofert.

Do realizacji zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 z późn. zm.) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zamówienie na dostawę sterylizatora parowego wraz z montażem w szpitalnej sterylizatorni jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Przedmiotem zamówienia jest sterylizator parowy wraz z pełną infrastrukturą techniczną przeznaczony do



sterylizowania narzędzi chirurgicznych (zabiegowych), które są używane podczas zabiegów u pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2. Odkażone (systerylizowane) narzędzia zapewniają nierozprzestrzenianie się choroby COVID-19 w naszym szpitalu. Spadek ilości zachorowań nie oznacza koniec pandemii. Duża jeszcze ilość zachorowań na COVID-19 wymusza coraz bardziej w podmiocie leczniczym stosowanie bardzo rygorystycznych zabezpieczeń epidemiologicznych. Wojna na Ukrainie spowodowała duży napływ uchodźców wojennych do naszego kraju. Województwo mazowieckie przyjęło tysiące osób. Jak wiemy z przekazów są to ludzie często nie zaszczepieni przeciw COVID-19 i niejednokrotnie z dodatnim wynikiem koronawirusa. Z tego też powodu jest możliwy wzrost zachorowań. W chwili obecnej zabiegi operacyjne i inne wymagające sterylnych narzędzi odbywają się w naszym szpitalu także u osób zakażonych wirusem Sars-CoV-2. Zaopatrzenie w sterylizator parowy jest koniecznym wymogiem dla utrzymania ciągłości działalności podstawowej i możliwości wykonania zadań nałożonych na podmiot przez uprawnione organy administracji publicznej, w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV2.

Realizacja zamówienia ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa. W związku z czym u podstaw decyzji o udzieleniu zamówienia leży również jego niezbędność dla ochrony zdrowia publicznego.



DYREKTOR
Robert Mazur

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2022r.